

 <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Recepción de Material Esterilizado Fuera de la Institución</b></p> <p><b>Hospital Lota</b></p>	Código: APE 1.3.3
		Versión: 03
		Revisión: 02
		Fecha: 26/08/2019
		Vigencia: Agosto 2024
		Páginas: 1 - 5

**Protocolo de Recepción de Material Esterilizado**  
**Fuera de la Institución**  
**Hospital Lota**  
**Central de Esterilización**  
**2019**

<p><b>Elaborado Por:</b></p> <p><i>Cristina Solis Sanhueza</i>  <b>Cristina Solis Sanhueza</b>          Enfermera Jefe Central Esterilización          Hospital Lota</p>	<p><b>Revisado Por:</b></p> <p><i>Yasmin Delucchi Silva</i>  <b>Yasmin Delucchi Silva</b>          Encargada Oficina Calidad          Hospital Lota</p> <p><i>Mónica Arriagada Toloza</i>  <b>Mónica Arriagada Toloza</b>          Enfermera Encargada I.A.A.S.          Hospital de Lota</p>	<p><b>Aprobado Por:</b></p> <p><i>Rodrigo Muñoz Ramirez</i>  <b>Rodrigo Muñoz Ramirez</b>          Enfermero Gestión del Cuidado          Hospital Lota</p>
<p><b>Fecha de Elaboración:</b> 26/08/2019</p>	<p><b>Fecha de Revisión:</b> 11/09/2019</p>	<p><b>Fecha de Aprobación:</b> 23/09/2019</p>

 <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Recepción de Material Esterilizado Fuera de la Institución</b></p> <p><b>Hospital Lota</b></p>	<b>Código: APE 1.3.3</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Revisión: 02</b>
		<b>Fecha: 26/08/2019</b>
		<b>Vigencia: Agosto 2024</b>
		<b>Páginas: 2 - 5</b>

## 1. Objetivo

- Asegurar que los materiales enviados a esterilizar fuera de la Institución, sean sometidos al proceso de esterilización.
- Verificar que la cantidad de material enviado, coincida con el material estéril entregado.

## 2. Alcance / Ambito der Aplicación

- Todo material esterilizado fuera de la Institución.

## 3. Documentos de Referencia

- “Norma Técnica sobre Esterilización y Desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en salud” MINSAL 2018.

## 4. Responsables

### De ejecución

- Técnico Paramédico Central de Esterilización.

### De control

- Enfermero/a encargada de Central Esterilización.
- Encargado/a de Institución externa que esteriliza productos.

## 5. Definición

**ESTERILIZACION FUERA DE LA INSTITUCIÓN:** Es cuando se ha realizado la Esterilización de productos en una Central externa al Hospital de Lota y que habitualmente se esterilizan internamente.

 <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Recepción de Material Esterilizado Fuera de la Institución Hospital Lota</b></p>	<b>Código: APE 1.3.3</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Revisión: 02</b>
		<b>Fecha: 26/08/2019</b>
		<b>Vigencia: Agosto 2024</b>
		<b>Páginas: 3 - 5</b>

## 6. Desarrollo

### Equipos o elementos de traslado

- Contenedor con tapa para traslado.
- Móvil destinado para actividad.

### Actividades:

- El Técnico Paramédico que recibe material estéril debe realizar lavado clínico de manos.
- El Técnico Paramédico que recibe material estéril debe usar formulario donde se encuentra registrado el envío de materiales a esterilizar a institución externa.
- El material estéril debe ser recepcionado dentro de un contenedor herméticamente cerrado.
- El Técnico Paramédico debe cotejar elementos enviados con elementos recibidos, si hay discordancia deberá informar a la jefatura directa y en horario no hábil a Enfermero/a que este en turno en el mismo pasillo de Central.
- El Técnico Paramédico que recibe material estéril debe:
  - Verificar que el indicador químico externo se encuentre virado.
  - Verificar que el empaque se encuentre indemne.
  - Verificar que el empaque se encuentre sellado.
  - Verificar que el empaque se encuentre limpio y seco.
  - Verificar que la fecha de vencimiento se encuentre vigente.
  - Verificar que el material se encuentre identificado.

### Certificación

La Institución prestadora del servicio debe enviar mensualmente copia de los indicadores biológicos realizados a sus máquinas.

## 7. Formularios y Registros

- Documento registro del material enviado a esterilizar a Institución externa (4 copias)
- Informe de indicadores biológicos.

**COPIA NO CONTROLADA**



 <p><b>Central Esterilización</b></p>	<p><b>Protocolo de Recepción de Material Esterilizado Fuera de la Institución Hospital Lota</b></p>	<b>Código: APE 1.3.3</b>
		<b>Versión: 03</b>
		<b>Revisión: 02</b>
		<b>Fecha: 26/08/2019</b>
		<b>Vigencia: Agosto 2024</b>
		<b>Páginas: 5 - 5</b>

## 9. Distribución

- Central de Esterilización.
- Oficina de Calidad.
- Oficina de I.A.A.S.
- Oficina U.G.C.